ПРИКАЗ
от «14» марта 2022 г.
№ ПК1-869

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510450

На 54 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе»

наименование испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории

689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, город Анадырь, ул. Ленина, д. 11
689500, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, Анадырский район, поселок Угольные Копи, улица Первомайская, дом 15

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий/частные требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний),	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон опреде-ления

1	2	3	4	5	6	7
	измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
689000, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 11						
1.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.12 10.13	0201-0210 1601 1602	Отбор проб	-
2.	ГОСТ 7269	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.11	0201-0210	Свежесть	свежее-несвежее
3.	ГОСТ 9792	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты	10.12	0201	Отбор проб	-
4.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные вареные	10.12	0201	Остаточная активность кислой фосфатазы	отсутствие / наличие
5.	ГОСТ 34118	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13	0201-0210	Перекисное число	(0-40)ммоль акт О/кг
6.	ГОСТ 26664 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.51	0402	Массовая доля составных частей	(1,0-90,0)%

1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 4288 п. 2.1, п. 2.3.	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13	0201	Отбор проб	-
8.	п. 2.3.				Внешний вид	-
					Цвет	-
					Вид на разрезе	-
					Запах	-
					Консистенция	-
9.	п. 2.5.				Влага	(1,0-99,0) %
10.	ГОСТ 20235.0 п.1	Мясо кроликов	10.11	0208	Отбор проб	-
11.	ГОСТ 19342	Печень крупного рогатого скота и свиней	10.11	1602	Внешний вид	-
					Цвет	-
12.	ГОСТ 19343	Свиные желудки	10.11	1602	Внешний вид	-
					Запах	-
					Цвет	-
13.	ГОСТ 8756.0 п.2, п.3	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	10.20 10.50	1604 0402	Отбор проб	-
14.	ГОСТ 8756.1	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов	10.20 10.50	1604 0402	Массовая доля составных частей	(1,0-99,0)%
15.	ГОСТ 8756.18	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованных в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	10.20	1604	Состояние внутренней поверхности упаковки	соответствие / несоответствие
16.	ГОСТ 31467 п.5	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы и пищевых субпродуктов птицы	10.12	1602	Отбор проб	-
17.	ГОСТ 31470	Мясо птицы, в том числе обваленное и измельченное, а	10.12	1602	Внешний вид	-
					Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
		также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы			Запах	-
					Консистенция	-
18.	ГОСТ 31469 п.6	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	01.47	2106	Массовая доля сухих веществ	(8,0-99,5)%
19.	п.5				Массовая доля жира	(3,0-45,0)%
20.	п.14				Концентрация водородных ионов/ активная кислотность	(4,5-9,5) ед. pH
21.	п.8				Массовая доля белка	(4,0-98,0)%
22.	п.12				Массовая доля хлористого натрия / массовая доля поваренной соли	(1,0-25,0)%
23.	п.13				Массовая доля сахаров и общих углеводов	(2,0-50,0)%
24.	п.15				Растворимость	(15,0-100,0)%
25.	ГОСТ 31720 п. 4.1, п. 4.2.12, п. 4.2.13.1, п. 4.2.13.3	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	01.47	2106	Отбор проб	-
26.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	10.1	1601-1604	Общая кислотность/концентрация водородных ионов (pH)	(0,4-12,0)ед. pH
27.	ГОСТ 25011 п.6	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601-1604	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
28.	ГОСТ 23042	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601-1604	Массовая доля жира	(0,2-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
29.	ГОСТ 8558.1 п.8	Мясо, мясная продукция, мясо птицы, а также используемые при их производстве нитритсодержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	10.1	1601-1604	Массовая доля нитрита натрия/ массовая долянитрита	(0,0002-0,012) %
30.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	1601	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
31.	ГОСТ 9957 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	1601	Массовая хлористого натрия / массовая доля поваренной соли	(0,1-7,0) %
32.	ГОСТ 10574	Все виды мясных и мясосодержащих продуктов	10.13	16.01	Крахмал	отсутствие-наличие
33.	ГОСТ 26809.1 п. 4.1, 4.4, 4.5,4.6.2, 4.6.3, 4.7.2, 4.8.4., 4.9.2	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	01.41	0401	Отбор проб	-
34.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	01.41	0401	Отбор проб	-
35.	ГОСТ 13928	Заготовляемые молоко и сливки	01.41	0401	Отбор проб	-
36.	ГОСТ Р54662	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля белка	(5,0-55,0)%
37.	ГОСТ Р 55063, п.7.8	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7,0-39,0)%
38.	ГОСТ Р55361, п.7.14	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока	10.51	15.17	Титруемая кислотность	(1,0-6,0)^{0}К
39.	п. 7.16				Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)^{0}Т
40.	п. 7.4				Массовая доля жира	(50,0 – 75,0) %
41.	п. 7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(0,1– 6,0) ° К

1	2	3	4	5	6	7
42.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Сгущенные молочные консервы	01.41	0401	Массовая доля влаги	(0,1-95,0)%
43.	ГОСТ 30305.3 п.5	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	01.41	0401	Кислотность	(0,1-35,0)^{0}Т
44.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	10.20 10.50	1604 0402	Массовая доля олова / массовая концентрация олова	(0,2-500 мг/кг/(0,2-500) мг/дм^3
45.	ГОСТ 26809.2 п. 5.2.6.2, п. 5.2.7, п. 5.3.6, п. 5.3.15, п. 5.3.18, п. 5.3.19, п. 5.3.20, п. 5.3.21	Масло (топлёное и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топлёные смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты	10.51	0406	Отбор проб	-
46.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и молочные продукты (кроме сливочного масла, жировой фазы и плазмы сливочного масла)	10.51	0406	Кислотность	(0,1-100,0)^{0}Т
47.	ГОСТ 24065, п.2	Молоко	10.51	0406	Сода	отсутствие/наличие
48.	ГОСТ 24066	Молоко	10.51	0406	Аммиак	отсутствие/наличие
49.	ГОСТ Р51258	Молоко и молочные продукты	10.51	0406	Массовая доля сахарозы	(1,0- 15,0)%
					Массовая доля глюкозы	(0,1- 0,5)%
50.	ГОСТ Р51259	Молоко и молочные продукты	10.51	0406	Массовая доля лактозы	(0,1-10,0)%
					Массовая доля галактозы	(0,1-10,0)%
51.	Методика № К362D	Молоко и молочные продукты	10.51	0406	Массовая концентрация сухого молока	(0,1-200,0) мг/см^3
52.	ГОСТ Р 54758	Молоко и молочные продукты	10.51	0406	Плотность	(1015-1040) кг/м^3
53.	ГОСТ 24067	Молоко	10.51	0406	Перекись водорода	отсутствие/наличие
54.	ГОСТ Р 54668, п.7	Молоко и молочные продукты	10.51	0406	Массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
55.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты	10.51	0406	Индекс растворимости	(0,1-5,0) см^3
56.	ГОСТ 29246 п.2	Сухие молочные и	10.51	0406	Массовая доля влаги	(0,50-99,00) %

1	2	3	4	5	6	7
		молокосодержащие консервы				
57.	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля жира	(0,1-80,0) %
58.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	01.41	0401	Активная кислотность (pH)	(3,0-8,0)ед. pH
59.	ГОСТ 5867	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое	01.41	0401	Массовая доля жира	(1,0-40,0) %
60.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	01.41	0401	Кислотность	(2,0-250,0)^{0}Т
61.	ГОСТ 34454	Молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира)	01.41	0401	Массовая доля белка	(0,1-100,0) %
62.	ГОСТ 3627 п.2	Сыр и сырные продукты, брынзу, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	10.51	0406	Массовая доля поваренной соли/массовая доля хлорида натрия	(0,01-10,0) %
63.	ГОСТ 3626	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое	01.41	0401	Массовая доля влаги	(0,1-99,0) %
64.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20	1604	Массовая доля жира	(0,1-30,0) %
65.	ГОСТ 27082 метод 1	Консервы и пресервы из рыбы,	10.20	1604	Общая кислотность	(0,1-20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей				
66.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20	1604	Активная кислотность	(1,0-12,0) Ед. pH
67.	ГОСТ 26808, метод 1	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %
68.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукция из них	03.11	0320	Отбор проб	-
69.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	1604	Массовая доля поваренной соли / массовая доля хлорида натрия	(0,1-20,0) %
70.	ГОСТ 7636, п. 5.7	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11	0320	Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,001-10,0) %
71.	п. 3.5.2		-	-	Массовая доля поваренной соли / массовая доля хлористого натрия	(1,0-20,0) %
72.	п. 3.7.2				Массовая доля жира	(0,1-30,0) %
73.	п. 3.3.1				Массовая доля воды	(0,1-99,0) %
74.	ГОСТ 26185	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них	03.11.63	1212	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
					наличие посторонних примесей	Наличие/отсутствие
75.	ГОСТ 27001 п.2	Пресервы из рыбы и морепродуктов	03.11	0320	Массовая доля бензойнокислого натрия/массовая доля бензойной кислоты	(0,001-5,0) %
76.	ГОСТ 28741 п. 3.3.1	Сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля	10.39	0712	Форма продукта	-
77.	ГОСТ 34125	Сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в	10.39	0712	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		том числе цукаты				
78.	ГОСТ 34130	Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	10.39	0712	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Цвет	-
79.	ГОСТ 26313 п. 6.3	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы	10.39	0712	Отбор проб	-
80.	ГОСТ 8756.13, п.3	Продукты переработки плодов и овощей	01.11	2001	Массовая доля сахаров	(0,1-30,0) %
81.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей	01.11	2001	Массовая доля бензойной и сорбиновой кислот при совместном присутствии	(0,0001-10,0) %
82.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	01.11	2001	Массовая доля бензойнойкислоты	(0,005-10,0) %
83.	ГОСТ ISO 5519	Фрукты, овощи и продукты их переработки	01.11	2001	Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,001-10,0) %
84.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки плодов и овощей (кроме соковой продукции)	01.11	2001	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,1-85,0) %
85.	ГОСТ 8756.9	Консервированные пищевые продукты	01.11	2001	Массовая доля осадка	(0,2-10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
86.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	10.07	2002	Отбор проб	-
87.	ГОСТ 24556 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	01.11	2001	Массовая доля аскорбиновой кислоты	(0,001 – 0,5)%
88.	ГОСТ 34129	Соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них	01.11	2001	Отбор проб	-
89.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	01.11 10.13	2001 0201	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	(0,1-30,0) %
90.	ГОСТ 28876	Пряности и приправы	10.84	0910	Отбор проб	-
91.	ГОСТ 28875 п. 3.8	Пряности и смеси из них	10.84	0910	Массовая доля влаги	(0,1-99,0) %
92.	ГОСТ ИСО 1839	Чай	10.83	0902	Отбор проб	-
93.	ГОСТ 1936	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	10.83	0902	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Настой	-
94.	ГОСТ 34570	Свежие фрукты, овощи и продукты их переработки	01.11	2001	Нитраты/остаточное количество нитратов/массовая доля нитратов	(30-5000) мг/кг
95.	ГОСТ 28561	Продукты переработки плодов и овощей	01.11	2001	Массовая доля сухих веществ	(0,1-50,0) %
96.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки плодов и овощей	01.11	2001	Титруемая кислотность	(0,1-30,0) ммоль H^+/100г
97.	ГОСТ 32190 п. 6.5	Масла растительные	10.41	1515	Отбор проб	-
98.	ГОСТ5472	Масла растительные	10.41	1515	Запах	-
					Цвет	-
					Прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
99.	ГОСТ Р ИСО 5555 п.6.8	Животные и растительные жиры	10.41	1515	Отбор проб	-
100.	ГОСТ 31762 п. 4.1.1	Майонезы и соусы майонезные	10.84	2103	Отбор проб	-
					Массовая доля жира	(5,0-95,0)%
					Кислотность	(0,05-10,0) %
					Перекисное число жировой фазы	(0,1-60) мэкв акт О/кг
					Массовая доля влаги	(5,0-95,0) %
101.	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1517	Отбор проб	-
102.	ГОСТ 26593	Масла растительные	10.41	1515	Перекисное число	(1,0-40) мэкв/кг
103.	ГОСТ 31933	Масла растительные	10.41	1515	Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
104.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и животные жиры	10.41	1515	Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль (О)/кг
105.	ГОСТ 32189	Маргарины, спреды и топленые смеси, жиры	10.42	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-40,0) %
					Кислотность	(0,5-3,0) ^{0}К
					Массовая доля поваренной соли/массовая доля хлорида натрия	(0,01-1,5) %
106.	ГОСТ 8285 п. 2.3	Продукты переработки растительных масел и животных жиров	10.41	1515	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-95,0) %
107.	п. 2.4				Перекисное число	(1,0-5,0) мэкв(О)/кг
					Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН
108.	ГОСТ 30060	Пиво и пивные напитки	11.05	220300	Внешний вид	-
					Аромат	-
					Вкус	-
					Прозрачность	-
					Высота пены	(0-50) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Пеностойкость	(0-10) мин
109.	ГОСТ 12787	Пиво и пивные напитки	11.05	220300	Массовая доля спирта	(0.000-7,710) %
					Массовая доля действительного экстракта	(1,026-12,150) %
110.	ГОСТ 12788	Пиво и пивные напитки	11.05	220300	Кислотность	(1,3-6,0) $см^3$NaOH
111.	ГОСТ 12789	Пиво и пивные напитки	11.05	220300	Цвет	(0,1-4,0) $см^3J_2$
112.	ГОСТ 31730	Винодельческая продукция	11.02.12	2208	Отбор проб	-
113.	ГОСТ 32080	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусныеполусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусныегазированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.02.12	2208	Отбор проб	-
114.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.02	2204	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,0-500,0) $мг/дм^3$
115.	ГОСТ 32114 п.4	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина,	11.02	2204	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-50,0) $г/дм^3$

1	2	3	4	5	6	7
		виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки				
116.	ГОСТ 3639 п.2	Водки, водно-спиртовые растворы			Концентрация этилового спирта/ объемная доля этилового спирта	(0,0-100,0) % по объему/(0,0-100,0) %
117.	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты, винодельческую продукцию, плодовую алкогольную продукцию, плодовые алкогольные напитки, плодовые сброженные материалы, сидры, пуаре, медовухи	11.02	2204	Объемная доля этилового спирта	(1,0-60,0) %
118.	ГОСТ 32000	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки, плодовую алкогольную продукцию, плодовые алкогольные напитки, плодовые сброженные материалы	11.02	2204	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0-417,6) г/дм^3
119.	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырьё для её производства	11.02	2204	Относительная плотность	(0,50-1,8) г/см^3
120.	ГОСТ 13192 п.2	Вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки	11.02	2204	Массовая концентрация сахаров	(0,1-150,0) г/дм^3
121.	ГОСТ 13194	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые	11.01.10	2208	Массовая концентрация метилового спирта	(0,25-5)г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		(плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки				
122.	ГОСТ 13195 п.1	Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки	11.02	2204	Массовая концентрация железа	(0,01-20,0) мг/дм^3
123.	ГОСТ 32035п. 4	Водки и особые водки	11.01.10	2208	Отбор проб	-
124.	п. 5.3.1.,п. 5.3.2.				Крепость	(0-100,0) %
125.	п. 5.4.				Щелочность	(0,5-3,5) см^3/100см^3
126.	ГОСТ 30536	Водки и особые водки, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья	11.01.10	2208	Объемная доля метиловогоспирта	(0,0001-0,125) %
					Массовая концентрация уксусного альдегида	(0,5-25,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация сивушных масел	(0,5-25,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5-25,0) мг/дм^3
127.	МУК 4.1.1472-03	Твердые биоматериалы животного и растительного происхождения (пищевые продукты, корма и др.)	-	02-04, 16-21	Массовая концентрация ртути	(0,001-10,000) мг/кг
128.	ГОСТ Р 51823 п.9	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: спиртные напитки, вина, виноматериалы, этиловый спирт и другое сырье	11.01-11.03	2204-2208	Массовая концентрация мышьяка	(0,002-1,0) мг/дм^3
129.	п.8				Массовая концентрация цинка	(0,01-100,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация свинца	(0,001-1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия	(0,001-1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	(0,001-20,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
130.	МУК 4.1.1484-03	Алкогольная продукция (вина, коньяки, водки и др.)	11.01-11.03	2204-2208	Массовая доля свинца	(0,1-1,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия	(0,01-0,1) мг/кг
					Массовая доля меди	(1,0-10,0) мг/кг
					Массовая доля мышьяка	(0,1-0,5) мг/кг
131.	МУ № 1-40 3805 раздел 1, п. 1.1	Полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия	10.85.1	2106	Отбор проб	-
132.	ГОСТ 51766	Сырье и пищевые продукты	-	02-04, 16-21	Массовая доля мышьяка	(0,01-20,0) мг/кг
133.	ГОСТ 33770 п. 3.2.1	Соль поваренная пищевая	08.93.10	2501	Отбор проб	-
					Запах	-
134.	ГОСТ Р 51575 п.п.4.1.-4.2.	Йодированная пищевая поваренная соль	08.93.10	2501	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г / (0,002 – 0,006) %
135.	МУ 4237-86	Готовые кулинарные изделия	10.85.1	2106	Расчетный показатель: Калорийность	-
					Сухие вещества	(0,1-100) %
					Белок	(0,1-100) %
					Жир	(0,1-100) %
					Углеводы	(0,1-100)%
136.	ГОСТ 7047 Раздел I	Витамины, витаминные препараты	10.89.19.210	-	Отбор проб	-
137.	Р 4.1.1672-03VI.1 VI.2	Биологически активные добавки к пище	10.89.19.210	-	Перекисное число	(0,1-60) ммоль (О)/кг
					Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
138.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	02-04, 16-21	Массовая доля кадмия	(0,01-2,0) мг/кг
					Массовая доля свинца	(0,02-10,0) мг/кг
139.	МУК 4.1.991-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	02-04, 16-21	Массовая доля меди	(1-100) мг/кг
					Массовая доля цинка	(5-200) мг/кг
140.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	02-04, 16-21	Массовая доля кадмия/ массовая концентрация кадмия	(0,0015-50,000) мг/кг / (0,0015-50,000) (мг/дм^3)
					Массовая доля свинца / массовая концентрациясвинца	(0,02-10,0) мг/кг / (0,02-10,0) (мг/дм^3)
					Массовая доля меди / массовая концентрация	(0,05-30,0) мг/кг / (0,05-30,0) (мг/дм^3)

1	2	3	4	5	6	7
					меди	
					Массовая доля/ массовая концентрация цинка	(0,2-100,0) мг/кг / (0,2-100,0) (мг/дм^3)
141.	Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов под ред Покровского А.А. (М., 1976 г.)	Готовые кулинарные изделия	10.85.1	2106	Расчетный показатель: Калорийность	-
142.	Таблицы химического состава и калорийности Российских продуктов питания, под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А., (М., 2007г.)	Готовые кулинарные изделия	10.85.1	2106	Расчетный показатель: Калорийность	-
143.	ГОСТ 26312.1	Крупы	10.61.3	1103	Отбор проб	-
144.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61.3	1103	Влажность/ Массовая доля влаги	(0,1-95,0) %
145.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61.3	1103	Зараженность вредителями	отсутствие-наличие
146.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты	-	02-04, 16-21	Массовая доля железа	(0,1-20,0) мг/кг / мг/дм^3
147.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.61	1101-1102	Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Хруст	-
148.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61	1101-1102	Влажность / Массовая доля влаги	(0,1-95,0) %
149.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	10.61	1101-1102	Крупность помола	(1-20) %
150.	Инстр. № 1100/2451-	Мука пшеничная	10.61	1101-1102	Картофельная болезнь	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	98115				хлеба	
151.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.61	1101-1102	Отбор проб	-
152.	ГОСТ 31699, часть 1	Пшеница и пшеничная мука	10.61	1101-1102	Количество сырой клейковины / Массовая доля клейковины	(5,0-60,0) %
153.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61	1101-1102	Зараженность вредителями	отсутствие-наличие
154.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61	1101-1102	Кислотность	(0,1-30,0) ^{0}
155.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.61.32	1103	Отбор проб	-
156.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.71 10.72	1905	Форма	-
					Поверхность	-
					Цвет	-
					Пористость	-
					Пропеченность	-
					Промес	-
					Вкус	-
					Запах	-
157.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71 10.72	1905	Влажность / Массовая доля влаги	(0,1-70,0) %
158.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более	10.71 10.72	1905	Пористость	(5,0-60,0) %
159.	ГОСТ 5672, метод 1	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	10.71 10.72	1905	Массовая доля сахаров	(0,1-10,0) %
160.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, а также на хлебобулочные изделия пониженной влажности	10.71 10.72	1905	Кислотность	(0,1-20,0) ^{0}
161.	ГОСТ 12576	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок	10.81	1701	Цвет	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Чистота раствора	-
162.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый	10.81	1701	Массовая доля влаги	(0,1-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		сахар-сырец				
163.	ГОСТ 5904 п. 5, п. 6	Кондитерские изделия	10.82	1705	Отбор проб	-
164.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72 10.82 10.85 10.86	1704 1806	Цвет	-
					Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
165.	ГОСТ Р31902, п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72 10.82 10.85 10.86	1704 1806	Массовая доля жира	(2,0-60,0) %
166.	ГОСТ 5900 п. 7.1	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72 10.86 10.82 10.85	1704 1806	Массовая доля влаги	(0,54-50,0) %
167.	ГОСТ 5898, п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72 10.82 10.85 10.86	1704 1806	Кислотность	(0,1-10,0) ^{0}
168.	ГОСТ 5903 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72 10.82 10.85 10.86	1704 1806	Массовая доля общего сахара	(0,1-40,0) %
169.	ГОСТ 23268.0	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны	11.07	2202	Отбор проб	-
170.	ГОСТ 23268.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые	11.07	2202	прозрачность и цвет	-
					запах	-

1	2	3	4	5	6	7
		минеральные воды			вкус	-
					объем воды в бутылках	(100,0-5000,0) $см^3$
171.	ГОСТ 23268.2, п.2		11.07	2202	Массовая доля двуокиси углерода	(0,0005- 5,0) $г/дм^3$
172.	ГОСТ 23268.3 п. 2а		11.07	2202	Массовая доля гидрокарбонат-ионов	(50,0-1000,0) $мг/дм^3$
173.	ГОСТ 23268.5 п.3		11.07	2202	Массовая концентрация ионов магния	(10,0-50,0) $мг/дм^3$
174.	п.2				Массовая концентрация ионов кальция	(10,0-100,0) $мг/дм^3$
175.	ГОСТ 23268.8 п.3		11.07	2202	Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,025-0,150) $мг/дм^3$
176.	ГОСТ 23268.9 п.2		11.07	2202	Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,01-0,05) $мг/дм^3$
177.	ГОСТ 23268.12		11.07	2202	Окисляемость перманганатная	(0,01- 10,0) $мг/дм^3$
178.	ГОСТ 23268.10		11.07	2202	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05 – 4,00) $мг/дм^3$
179.	ГОСТ 23268.11		11.07	2202	Массовая концентрация ионов железа	(от 0,5) мг в пробе
180.	ГОСТ 23268.17, п. 2		11.07	2202	Массовая концентрация хлоридов	(20,0 – 500,0) $мг/дм^3$
181.	ГОСТ 23268.18, п. 3, фотоколориметрическое определение		11.07	2202	Массовая концентрация фторид- ионов	(0,5-2,5) $мг/дм^3$
182.	ГОСТ 23268.4		11.07	2202	Массовая концентрация сульфат-ионов	(20,0 – 300,0) $мг/дм^3$
183.	ГОСТ 23268.16 п.2		11.07	2202	Массовая концентрация иодид-ион	(2,0 – 200,0) $мг/дм^3$
184.	Руководство по эксплуатации анализатора жидкости кондуктометрическо	Вода дистиллированная	-	-	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
					Удельная электрическая проводимость при температуре 20 °С	($1x 10^{-7}$-$5x10^{-2}$) См/м

1	2	3	4	5	6	7
	го "Анион 4120"					
185.	ГОСТ 6709, п.3.3,	Вода дистиллированная	-	-	Массовая концентрация остатка после выпаривания	(Менее 5 / Свыше 5) мг/дм^3
186.	п.3.5		-	-	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	(Менее 0,02 / Свыше 0,02) мг/дм^3
187.	п. 3.8		-	-	Массовая концентрация хлоридов	(Менее 0,02 / Свыше 0,02) мг/дм^3
188.	п. 3.7		-	-	Массовая концентрация сульфатов	(Менее 0,5 / Свыше 0,5) мг/дм^3
189.	п. 3.6		-	-	Массовая концентрация нитратов	(Менее 0,2 / Свыше 0,2) мг/дм^3
190.	п. 3.9		-	-	Массовая концентрация алюминия	(Менее 0,05 / Свыше 0,05) мг/дм^3
191.	п. 3.13		-	-	Массовая концентрация свинца	(Менее 0,05 / Свыше 0,05) мг/дм^3
192.	п. 3.11		-	-	Массовая концентрация кальция	(Менее 0,8 / Свыше 0,8) мг/дм^3
193.	п. 3.12		-	-	Массовая концентрация меди	(Менее 0,02 / Свыше 0,02) мг/дм^3
194.	п. 3.10		-	-	Массовая концентрация железа	(Менее 0,05 / Свыше 0,05) мг/дм^3
195.	п. 3.14		-	-	Массовая концентрация цинка	(Менее 0,2 / Свыше 0,2) мг/дм^3
196.	п. 3.15		-	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4	(Менее 0,08 / Свыше 0,08) мг/дм^3
197.	п.3.16		-	-	Водородный показатель (pH)	(1-14) ед. pH
198.	п. 3.17		-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 20 °С	(1x10 -7- 5x10 $^{-2}$) См/м

1	2	3	4	5	6	7
199.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа	-	2853	Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110^0С	(0,01-100) мг/дм^3
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4	Соответствие-несоответствие
					Удельная электрическая проводимость при температуре 20 °С	(1x10 $^{-7}$- 5x10 $^{-2}$) См/м
200.	ГОСТ 31861	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе горячая. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода поверхностных водоемов для рекреационного водопользования, вода акваторий	-	2201	Отбор проб	-
201.	ГОСТ 57164 п.5	Вода природная и питьевая	36.00.11	2201	Запах при 20^0С	(0 -5) баллы
					Запах при нагревании до 60^0С	(0- 5) баллы
					Вкус	(0 -5) баллы
202.	п.6				Мутность	(0,01-10,0) ЕМ/дм^3
203.	ГОСТ 4011, п.2	Вода питьевая			Массовая концентрация общего железа	(0,1-2,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
204.	ГОСТ 33045, метод Д	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная иподземная) и сточная вода	36.00.11	2201	Массовая концентрация нитратов	(0,1-200,0) мг/дм^3
205.	метод Б				Массовая концентрация нитритов	(0,003-30,0) мг/дм^3
206.	ГОСТ 31940, метод 3	Питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости вода	36.00.11	2201	Массовая концентрация сульфатов	(2,0-50,0) мг/дм^3
207.	ГОСТ 4386, вариант Б	Питьевая вода			Массовая концентрация фторидов	(0,04-0,60) мг/дм^3
208.	ГОСТ 4974, метод А	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения	36.00.11	2201	Массовая концентрация марганца	(0,01-5,0) мкг/ дм^3
209.	ГОСТ 18308	Питьевая вода	36.00.11	2201	Массовая концентрация молибдена	(0,0025-0,005) мг/дм^3
210.	ГОСТ 4152, вариант 1		36.00.11	2201	Массовая концентрация мышьяка	(0,01-0,1) мг/дм^3
211.	ГОСТ 31956 метод А	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, в том числе расфасованная в емкость, и сточная вода	36.00.11	201	Массовая концентрация хрома (VI) и общего хрома	(0,025-25) мг/дм^3
212.	ГОСТ 18165 метод Б	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная вода	36.00.11	2201	Массовая концентрация алюминия	(0,04-0,56) мг/дм^3
213.	ГОСТ 31868, метод Б	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	36.00.11	2201	Цветность	(1-70) ^{0}
214.	ГОСТ 18309 метод А	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная вода	36.00.11	2201	Массовая концентрация полифосфатов	(0,01-1,0) мг/дм^3
215.	Анализатор	Вода питьевая и природная	36.00.11	2201	Водородный показатель	(1-14) ед. РН

1	2	3	4	5	6	7
	лабораторный Анион 4111 Руководство по эксплуатации ИНФА.421522.002РЭ				(pH)	
216.	ГОСТ 31954, метод А	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевоводоснабженияа также на питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11	2201	Общая жесткость	(0,1-14,0) ^{0}Ж
217.	ГОСТ 31957, метод А.2, способ 1	Питьевая и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения, а также сточная вода	36.00.11	2201	Свободная и общая щелочность	(0,1-100) ммоль/дм^3
					Массовая концентрация карбонатов	(6-6000) мг/дм^3
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	(6,1-6100) мг/дм^3
218.	ГОСТ 4245, п.2	Питьевая вода	36.00.11	2201	Массовая концентрация хлоридов	(10,0-500,0) мг/дм^3
219.	ГОСТ 18190, п.2				Хлор остаточный свободный	(0,3 -5,0) мг/дм^3
					Хлор остаточный связанный	(0,3-5,0) мг/дм^3
220.	ГОСТ 18164				Сухой остаток	(1,0 -1000,0) мг/дм^3
221.	МУК 4.1.1262-03	Вода поверхностных и подземных источников водопользования, а также питьевая вода	36.00.11	2201	Массовая концентрация нефтепродуктов(суммарно)	(0,005-50) мг/дм^3
222.	МУК 4.1.1264-03				Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ /АПАВ	(0,025-2,0) мг/дм^3
223.	ГОСТ 31857, Метод 3	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и	36.00.11	2201	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ /АПАВ	(0,015-0,25) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения				
224.	МУК 4.1.1263-03, Метод А	Вода питьевая, вода поверхностных и подземных источников	36.00.11	2201	Массовая концентрация фенола (общего)	(0,0005-25) мг/дм^3
225.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода природная, питьевая и сточная	36.00.11	2201	Массовая концентрация фенола (общего)	(0,0005 – 25) мг/дм^3
226.	ГОСТ Р31870	Питьевая, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе вода источников питьевого водоснабжения	36.00.11	2201	Массовая концентрация свинца	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия	(0,0001-0,01) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Массовая концентрация мышьяка	(0,005-0,3) мг/дм^3
227.	ГОСТ 31866	Вода питьевая, минеральная, вода поверхностных и подземных источников	36.00.11	2201	Массовая концентрация свинца	(0,0001-1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация кадмия	(0,0001-1,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка	(0,0005-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация меди	(0,0005-5,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация мышьяка	(0,001-0,20) мг/дм^3
228.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Природные и сточные воды	-	-	Массовая концентрация марганца	(0,05-5,0) мг/дм^3
229.	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-	-	Массовая концентрация общего железа	(0,05-10) мг/дм^3
230.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Питьевая, поверхностная и	36.00.11	2201	Массовая концентрация	(0,1-100) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		сточная вода			нитрат-ионов	
231.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-150,0) мг/дм^3
232.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Природные и сточные воды	-	-	Массовая концентрация сульфатов	(10-1000) мг/дм^3
233.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды	36.00.11	2201	БПК-5	(0,5-1000) мг O_2/дм^3
234.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды	-	-	Массовая концентрация хлоридов	(10,0-5000,0) мг/дм^3
235.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 п.3				Массовая концентрация кальция	(1,0-100) мг/дм^3
236.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды	-	-	ХПК	(4,0 – 2000,0) мг/ дм^3
237.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97				Массовая концентрация взвешенных веществ	(3,0 – 5000,0) мг/дм^3
238.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения) и сточная вода	36.00.11	2202	Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мгО/дм^3
239.	МУК 4.1.1469-03	Природные, сточные воды, объекты водопользования, питьевая вода	36.00.11	2202	Массовая концентрация ртути	(0,00001 - 0,01) мг/дм^3
240.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация формальдегида	(0,25-3,0) мг/м3
241.	МУ № 1637-77		-	-	Массовая концентрация аммиака	(5,0-50,0) мг/м3
242.	МУ № 1639-77		-	-	Массовая концентрация озона	(0,05-0,25) мг/м3
243.	МУ № 1644-77		-	-	Массовая концентрация хлора	(0,5-1,2) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
244.	МУ № 1645-77		-	-	Массовая концентрация хлористого водорода	(3,0-30,0) мг/м3
245.	МУ № 1648-77		-	-	Массовая концентрация пропан-2-она (ацетона)	(2,0-500,0) мг/м3
246.	МУК 4.1.2472-09		-	-	Массовая концентрация акролеина	(0,1-1,4) мг/м3
247.	МУ № 1292-75	Воздух промышленных помещений	-	-	Аэрозоль индустриальных масел	(0,5-40,0) мг/м3
248.	МУ № 2917-83	Воздух рабочей зоны	--	--	Концентрация цианистого водорода	(0,15-1,5) мг/м3
249.	МУ № 4588-88		-	-	Концентрация серной кислоты	(0,5-5,0) мг/м3
250.	МУ № 4592-86		-	-	Концентрация уксусной кислоты	(2,5-25,0) мг/м3
251.	МУ № 4751-88		-	-	Концентрация оксида азота	(0,65-11,0) мг/м3
			-	-	Концентрация диоксида азота	(1,0-17,0) мг/м3
252.	МУ № 4916-88		-	-	Концентрация синтетических моющих средств (СМС)	(1,0-10,0) мг/м3
253.	МУ 4945-88		-	-	Концентрация оксида хрома (VI)	(0,003-0,06) мг/м3
			-	-	Концентрация оксида хрома (III)	(0,5-9,5) мг/м3
			-	-	Концентрация марганца	(0,05-1,25) мг/м3
			-	-	Концентрация железа	(1,5-15,0) мг/м3
254.	МУ № 5937-91		-	-	Концентрация аэрозоля едких щелочей (в пересчете на гидроксид натрия)	(0,2-3,5) мг/м3
255.	МУ № 5926-91		-	-	Концентрация фенола	(0,15-1,5) мг/м3
256.	МУК 4.1.232-96		-	-	Концентрация окиси кальция	(0,5-5,0) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
257.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация сероводорода	(5,0-40,0) мг/м3
258.	МУК 4.1.2471-09		-	-	Концентрация диоксида серы	(5,0-125,0) мг/м3
259.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух населенных мест и воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация ртути	(0,00001-0,05) мг/м3
260.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности	-	-	Массовая концентрация пыли	(1,0-250,0) мг/м3
261.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Бензол	(5-1500) мг/м3
					Метилбензол (толуол)	(25-2000) мг/м3
					Бензин	(100-4000) мг/м3
					Пропан-2-он (ацетон)	(20-1000) мг/м3
					Сера диоксид	(5-100) мг/м3
					Азота диоксид	(2-200) мг/м3
					Углерода оксид	(5-50) мг/м3
					Гидроксибензол (фенол)	(0,3-3) мг/м3
					Формальдегид	(0,25-1,5) мг/м3
					Хлор	(0,5-200) мг/м3
					Масла минеральные нефтяные	(5-50) мг/м3
					Углеводороды предельные алифатические	(100-2000) мг/м3
					Азота оксиды в пересчете на NO2	(2-100) мг/м3
					Керосин в пересчете на углерод (С)	(250-4000) мг/м3
					Этановая кислота (уксусная)	(2-250) мг/м3
					Озон	(0,1-15) мг/м3
					Этиловый спирт (этанол)	(200-5000) мг/м3
					Этенилбензол (стирол)	(10-3000) мг/м3
					Трихлорметан(хлороформ)	(10-200) мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Уайт-спирт в пересчете на С	(50-4000) мг/м3
					Дигидросульфид (сероводород)	(10-100) мг/м3
					Аммиак	(2-30) мг/м3
262.	Газоанализатор портативный ПГА-200 Руководство по эксплуатации ЯВША.413311.012РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид углерода	(0,05-120,0) мг/м3
					Диоксид азота	(0,05-20,0) мг/м3
					Диоксид серы	(0,05-50,0) мг/м3
263.	Газоанализатор инфракрасный ПГА-4 Паспорт ЯВША.413311.000ПС				Метан	(0,01-5,0) %
264.	МУ № 4872-88				Концентрация моющих средств	(0,25-5,0) мг/м^3
265.	МУК 4.1.1271-03	Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест	-	-	Массовая концентрация фенола	(0,1-5,0) мг/м^3; (0,004-0,2) мг/м^3
266.	МУК 4.1.1272-03				Массовая концентрация формальдегида	(0,01-1,0) мг/м^3
267.	МУ №1638-77	Атмосферный воздух населенных мест и воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация двуокиси азота	(3,0-50,0) мг/м^3
268.	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.4	Атмосферный воздух	-	-	Концентрация хлора	(0,012-0,3) мг/м^3
269.	п.5.2.7.2				Концентрация диоксида серы	(0,003-0,24) мг/м^3
270.	п. 5.2.7.4.				Концентрация сероводорода	(0,003-0,1) мг/м^3
271.	п. 5.2.1.				Концентрация аммиака	(0,01-2,5) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
272.	п. 5.2.6.				Массовая концентрация взвешенных частиц (пыли)	(0,3-10) мг/м^3
273.	Измеритель массовых концентраций аэрозольных частиц «Аэрокон» Руководство по эксплуатации ЭКИТ 6.830.000 РЭ	Атмосферный воздух населенных мест и воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация аэрозольных частиц	(0,01-100,0) мг/м^3
274.	РД 52.04.0792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация оксида азота	(0,02-3,0) мг/м^3
					Массовая концентрация диоксида азота	(0,02 - 4,3) мг/м^3
275.	МУК 4.3.3593-19	Атмосферный воздух и воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация угольной пыли	(0,04-250,0) мг/м^3
276.	МУ 5887-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Аморфный диоксид кремния	(0,5-15,0) мг/м^3
277.	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция	20.4 20.41 20.42	33 34	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
278.	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическая продукция	20.4 20.41 20.42	33 34	Водородный показатель (pH)	0-14
279.	ГОСТ 29188.4	Косметические изделия	20.420.4120.42	3334	Массовая доля воды и летучих веществ	(0,1 – 70,0)%
280.	ГОСТ 29188.5	Косметические изделия	20.4 20.41	33 34	Массовая доля свободной и связанной щелочи	(0,1 – 10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			20.42			
281.	ГОСТ 790	Хозяйственное твердое мыло и туалетное мыло	20.4 20.41 20.42	33,34	Содопродукты	(0,0 – 1,5) %
					Массовая доля хлористого натрия	(0,1 – 1,5) %
					Массовая доля свободного углекислого натрия	(0,1 – 5,0) %
282.	ГОСТ 31676	Парфюмерно-косметическая продукция	20.4 20.41 20.42	33 34	Массовая доля ртути	(0,01 – 15,0) мг/кг
					Массовая доля свинца	(0,01 – 15,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия	(0,01 – 15,0) мг/кг
					Массовая доля мышьяка	(0,01 – 15,0) мг/кг
283.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	20.41.32	34	Показатель активности водородных ионов(pH)	(1,0-14,0) ед. pH
284.	ГОСТ 32444	Товары бытовой химии	-	-	Массовая доля фосфорсодержащих соединений , в пересчёте на P_2O_5, %	(0,5-40) %
285.	ГОСТ 34127	Соковая продукция из фруктов и овощей	10.32 10.39.25 10.39.22 10.39 10.39.1	20	Массовая доля титруемых кислот	(0,1-35,0)%
286.	ГОСТ 19792	Натуральный мед	01.49.21	0409	Внешний вид(консистенция)	-
					Аромат	-
					Признаки брожения	Не допускаются
					Вкус	-
287.	ГОСТ 25779	Игрушки	32.4 32.40 32.40.3	9503007000 9503007500 9503005500	Внешний вид	-
					характер поверхности	-
					интенсивность запаха	(0-5) баллы

1	2	3	4	5	6	7
			32.40.39	9503003500	Стойкость покрытия к действию слюны и пота, влажной обработке	устойчив/не устойчив
288.	МУК 4.1.1265-03	Питьевая вода и воды поверхностных и подземных источников водопользования	36.00.11	22.01	Массовая концентрация формальдегида	(0,02-0,5) мг/дм3
289.	Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Хлорамин Б» №1	Дезинфицирующее средство	20.20.14 20.20.14.000	3808941000 3808942000 3808949000	Внешний вид	-
					запах	-
					Массовая доля активного хлор	(0,1 – 40) %
					Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на гидроксид натрия (NaOH)	(0,1 - 1,0)%
290.	Инструкции № 3/09 по применению дезинфицирующего средства «Дуасепт»		20.20.14 20.20.14.000	3808941000 3808942000 3808949000	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Плотность при 20ºС	(0,950 – 1,050) г/см³
					Водородный показатель (pH)	(1,0-14,0)
					Массовая доля ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид)	(1,0 – 10,0) %
					Массовая доля N,N-бис (3-аминопропил) додециламина	(1,0 – 15,0) %
291.	Инструкции № 5/11по применению дезинфицирующего средства «Славин-Дельта»		20.20.14 20.20.14.000	3808941000 3808942000 3808949000	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
			20.20.14	3808941000	Плотность при 20ºС	(0,900 – 1,000) г/см³

1	2	3	4	5	6	7
			20.20.14.000	3808942000 3808949000	Показатель концентрации водородных ионов (pH)	(1,0-14,0)
					Массовая доля алкилдиметилбензиламмон ий хлорида	(1,0 – 10,0) %
					Массовая доля полигексаметиленгуаниди на гидрохлорида	(1,0 – 5,0) %
					Массовая доля глутарового альдегида	(1,0 – 5,0) %
292.	Инструкции № 5/11 по применению средства «Жавельон/Новелти Хлор» для целей дезинфекции		20.20.14 20.20.14.000	3808941000 3808942000 3808949000	Внешний вид	-
					Запах	-
					Водородный показатель (pH)	(1,0-14,0)
					Содержание активного хлора в средстве	(1,0 – 55,0) %
					Содержание активного хлора в одной таблетке	(0,1 – 5,0) г
					Содержание активного хлора в средстве	(1,0 – 55,0) %
					Содержание активного хлора в одной таблетке	(0,1 – 5,0) г
293.	Методические указания по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор»	Дезинфицирующее средство	20.20.14 20.20.14.000	3808941000 3808942000 3808949000	Внешний вид	-
					Запах	-
					Водородный показатель (pH)	(1,0-14,0)
					Массовая доля активного хлора в средстве	(1,0 – 55,0) %
					Содержание активного хлора в одной таблетке	(0,1 – 5,0) г

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля активного хлора	(1,0 -55,0) %
294.	Инструкции № 1/11 по применению дезинфицирующего средства «ДП-2Т»		20.20.14 20.20.14.000	3808941000 3808942000 3808949000	Содержание активного хлора в средстве	(1,0 – 55,0) %
					Содержание активного хлора в одной таблетке	(0,1 – 5,0) г
					Массовая доля активного хлора,	(1,0 – 50,0) %
					Средняя масса активного хлора в одной таблеткке	(1,0 – 5,0) г
					Средняя масса одной таблетки	(1,0 – 7,0) г
295.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	02,03,04,07, 08,10,11,15	Отбор проб	-
296.	МУК 2.6.1.1194-03				Отбор проб	-
297.	ГОСТ 30108-94 п. 4.2.4.1				Отбор проб	-
298.	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003	Пищевые продукты и продовольственное сырье, почва, строительные материалы	-	02,03,04,07, 08,10,11,15	Цезий-137	(3 – 10^4)Бк
					Эффективная активность ЕРН	-
					^{226}Ra	(1,0-10^4)Бк/кг
					^{232}Th	(0,8-10^4)Бк/кг
					^{40}K	(10,0-10^4)Бк/к
299.	МВИ № 40090.4Г006 от 29.03.2004	Пищевые продукты и продовольственное сырье, Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, Вода нецентрализованного водоснабжения	-	02,03.04, 07, 08,10,11,15	Стронций-90	(0,5 – 10^4)Бк
			-	2201	Суммарная бета-активность	(0,5 – 10^4)Бк/кг
300.	МВИ № 42090.6В526	Вода централизованных систем питьевого	-	2201	Суммарная альфа-активность	(0,1 – 10^4)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	от 27.03.2006	водоснабжения Вода нецентрализованного водоснабжения				
301.	МУК 4.3.2900-11	Вода централизованных систем горячего водоснабжения	-	2201	Температура горячей воды	(от +20 до +70)ºС
302.	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма- излучения.	(0,10 – 99,99) мкЗв/ч
			-	-	Плотность потока бета-частиц	(0,1-99,5) част/(см^{2}с)
303.	МУК 2.6.1.2152-06	Металлолом	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма- излучения.	(0,10 – 99,99) мкЗв/ч
			-	-	Плотность потока бета-частиц	(0,1-99,5) част/(см^{2}с)
304.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
305.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Среднеквадратичные, эквивалентные и пиковые уровни звука	(22-139) дБА
			-	-	Октавные и третьоктавные уровни звукового давления	(20-140) дБ
306.	ГОСТ 31319	Рабочие места	-	-	Корректированный уровень виброускорения, октавные и третьоктавные уровни виброускорения	(42-139) дБ
307.	ГОСТ 12.1.045	Рабочие места	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,1 – 200) кВ/м
308.	ГОСТ 12.1.006	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля	(0,5 – 300) В/м

1	2	3	4	5	6	7
					(0,03-300 МГц)	
309.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03	Территория размещения и эксплуатации средств подвижной радиосвязи	-	-	Напряженность магнитного поля (0,03-50 МГц)	(0,05- 8,0) А/м
			-	-	Плотность потока энергии (0,3-40 ГГц)	(0,26-100000) мкВт/см^2
310.	СанПиН 2.2.4.1191-03	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
			-	-	Напряженность магнитного поля (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
311.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
			-	-	Напряженность магнитного поля (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
312.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещенность искусственная	(1 – 200000)Лк
			-	-	Яркость	(10 – 200000) кд/м^2
			-	-	Коэффициент пульсации	(1-100) %
313.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	температура воздуха	(от -40 до +85) ºС
			-	-	Относительная влажность воздуха	(10 – 98,0) %
			-	-	Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
314.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочие в поверхности) а также на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений	-	-	Коэффициент пульсации	(1-100) %
315.	МУК 4.3.2194-07	Территории жилой застройки Жилые и общественные	-	-	Эквивалентные и пиковые уровни звука.	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
		Здания и помещения	-	-	Октавные и третьоктавные уровни звукового давления	(20-140) дБ
316.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания, селитебная территория	-	-	Напряженность электрического поля (50 Гц)	(0,01-100) кВ/м
			-	-	Напряженность магнитного поля (50 Гц)	(0,1-1800) А/м
317.	ГОСТ 30494	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от -40 до +85) ºС
			-	-	Относительная влажность воздуха	(10 – 98,0) %
			-	-	Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
318.	ГОСТ 31191.1	Внутри зданий	-	-	Корректированный уровеньвиброускорения, октавные и третьоктавные уровни виброускорения	(42-139) дБ
319.	ГОСТ 31191.2	Внутри зданий	-	-	Корректированный уровеньвиброускорения, октавные и третьоктавные уровни виброускорения	(42-139) дБ
320.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот:	-
			-	-	от 5 Гц до 2000 Гц	(8 -100) В/м
			-	-	от 2 кГц до 400 кГц	(0,8 -10) В/м
			-	-	Плотность магнитного потока в диапазоне частот:	-
			-	-	от 5Гц до 2000Гц	(0,08 -1,0) мкТл
			-	-	от 2кГц до 400кГц	(8 -100) нТл
			-	-	Напряженность электростатического	(0,1 – 200) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					поля	
321.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	ПРТО	-	-	Напряженность электрического поля (0,03-300МГц)	(0,5 В/м- 300) В/м
			-	-	Напряженность магнитного поля (0,03-50 МГц)	(0,05- 8,0) А/м
			-	-	Плотность потока энергии (0,3-40 ГГц)	(0,26-100000) мкВт/см^2
322.	ГОСТ 24940 п. 6.1	Рабочие места. Помещения зданий и сооружений	-	-	Освещенность искусственная	(1 – 200000) Лк
323.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях	-	-	Яркость	(10 – 200000) кд/м^2
324.	МУ 2.6.1.2838-11	Радиационный контроль жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	($5\cdot10^{-8}$ -10) Зв/ч
			-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе помещений;	(1-10^5)Бк/м^3
			-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе помещений	(1-10^5)Бк/м^3
325.	МУ 2.6.1.2398-08	Радиационный контроль земельных участков, отводимых под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения.	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	($5\cdot10^{-8}$ -10) Зв/ч
326.	СанПиН 2.6.1.1192-03	Радиационный контроль рентгеновских кабинетов	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	($5\cdot10^{-8}$ -10) Зв/ч
327.	МУ 2.6.1.1982-05	Радиационный контроль рентгеновских кабинетов	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского	($5\cdot10^{-8}$ -10) Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
					излучения	
328.	МУК 4.3.1675-03	Производственные помещения Общественные помещения	-	-	Концентрация легких и аэроионов положительной отрицательной полярности	(100-1000000) см $^{-3}$
329.	СанПиН 2.6.1.3488-17	Радиационный контроль лучевых досмотровых установок	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	($5 \cdot 10^{-8}$ -10) Зв/ч
330.	МУ 2.6.1.3386-16	Радиационный контроль лучевых досмотровых установок	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	($5 \cdot 10^{-8}$ -10) Зв/ч
331.	СанПин 2.6.1.3106-13	Радиационный контроль рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	($5 \cdot 10^{-8}$ -10) Зв/ч
332.	ГОСТ 18321	Единицы продукции в выборку	32.4 32.40 32.40.3 32.40.39	9503007000 9503007500 9503005500 9503003500	Отбор проб	-
333.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 10.1	Игрушки	-	-	Среднеквадратичные, эквивалентные и пиковые уровни звука	(22-139) дБА
			-	-	Октавные и третьоктавные уровни звукового давления	(20-140) дБ
334.	Методические рекомендации Роспотребнадзора от 27.12.2007 N 0100/13609-07-34	Вода централизованных источников питьевого водоснабжения, в том числе горячая. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода поверхностных и подземных источников. Вода водоёмов для рекреационного водопользования, вода	-	-	Отбор проб на радиологию	-

1	2	3	4	5	6	7
		акваторий				
335.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	02,03	КМАФАнМ	(1-10*n) КОЕ/г
336.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	-	04,05	Бактерии родаSalmonella	обнаружено/не обнаружено
337.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	-	11,12,	Бактериородов Proteus, Morganella, Providencia	обнаружено/не обнаружено
338.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	-	13,15,	Сульфитредуцирующиекл остридии	обнаружено/не обнаружено
339.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	-	16,17	Дрожжи, плесени	(1-10*n) КОЕ/г
340.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	-	18,19	энтерококки	(1-10*n) КОЕ/г(см3)/обнаружено/не обнаружено
341.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	19,2	Esherichiacoli	обнаружено/не обнаружено
342.	ГОСТ 31746 п.8.1.,п 9	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	21,22,	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcusaureus	обнаружено/не обнаружено
343.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты, кроме молока и продуктов переработки молока	-	02,03,11	Отбор проб	-
344.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	08,09,10	Listeriamonocytogenes	обнаружено/не обнаружено
345.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	-	19,20,21,	Listeriamonocytogenes	обнаружено/не обнаружено
346.	МУК 4.2.026-95 п. 3.6	Пищевые продукты	-	22,23	Антибиотики(пенициллин, тетрациклиновая группа, стрептомицин)	обнаружено/не обнаружено
347.	МУ 4.2.2723-10	Вода открытых водоемов,водабассейнов,пищевыепродукты,вода,почва,смывы с поверхности	-	23	Бактерии родаSalmonella	обнаружено/не обнаружено
348.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочной продукции	-	-	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
349.	ГОСТ 30425	Консервы все виды	-	07,08 16,2	спорообразующие мезофильные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы Bacillussubtilis	(0-11) клеток/см3
					спорообразующие мезофильные и факультативно анаэробные микроорганизмы групп Bacilluscereus, Bacillus polymyxa	обнаружено/не обнаружено
					спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микрорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					мезофильныеклостридии (кроме Clostridiumbotulinumи (или)Clostridiumperfringens)	обнаружено/не обнаружено
					Неспорообразующиемикро организмы,вт.ч молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено
350.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов	-	03,16	Vibrioparahaemolyticus	(0-300) КОЕ/г
351.	МУК 4.2.3019-12	Пищевые продукты. Смывы с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов в овощехранилищах, мясо- и молокоперерабатывающих	-	07,16	Yersiniaenterocolitica; Yersiniapseudotuberculosis	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		предприятиях, объектах торговли продуктами растительного происхождения, пищеблоках объектов общественного питания, общеобразовательных учреждениях, детских и медицинских организациях				
352.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевыеи корма для животных	-	11	Bacilluscereus	обнаружено/не обнаружено
353.	ГОСТ 30712 п.5.,п.6.3.1.1.	Продукты безалкогольной промышленности	-	22	БГКП	не обнаружено-обнаружено
354.	п.5.,п.6.1.,п.6.2	Продукты безалкогольной промышленности			КМАФАнМ	(1-10*n) КОЕ/(см3)
355.	п.5.,п.6.4.1.1.1.,п.6.4.1.2	Продукты безалкогольной промышленности			Дрожжи, плесневые грибы	(1-10*n) КОЕ/г(см3)
356.	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция	-	4	БГКП	обнаружено/не обнаружено
357.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	-	-	Staphylococcusaureus	обнаружено/не обнаружено
358.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-	-	Дрожжи, плесени	(1-10*n) КОЕ/г(см3)
359.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	-	403	Бифидобактерии	(1-10*n) КОЕ/мл
360.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	-	403, 406	Молочнокислые бактерии	обнаружено/не обнаружено
361.	МУ 2.1.4.1184 приложение7	Питьевая вода, расфасованная в емкости	-	2201	ОМЧ- 37^0 С; ОМЧ-22^0 С;	(0- 300) КОЕ/мл
362.	приложение 8	Питьевая вода, расфасованная в емкости			ОКБ,ТКБ	обнаружено/ не обнаружено
363.	приложение 8	Питьевая вода, расфасованная в емкости			Глюкозоположительныеколиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
364.	приложение 9	Питьевая вода, расфасованная в емкости			Pseudomonasaeruginosa	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
365.	приложение 10	Питьевая вода, расфасованная в емкости			Колифаги	обнаружены/не обнаружены
366.	МУК 4.2.1018-01 п.8	Вода систем централизованного водоснабжения, предназначенная для потребления населением в питьевых и бытовых целях, в том числе, вода систем централизованного горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов.	-	2201	Общее микробное число	(0-300) КОЕ/мл
					ОКБ,ТКБ	обнаружены /не обнаружены
					Споры сульфитредуцирующихклостридий	Обнаружены /не обнаружены
367.	МР «Обнаружение и идентификация Ps. Aeruginosa в объектах окружающей среды от 24.05.1984г.	Вода	-	-	Pseudomonasaeruginosa	обнаружены/не обнаружены
368.	ГОСТ 31942	Подземные, поверхностные, питьевые, сточные воды, воды плавательных бассейнов	-	2201	Отбор проб	-
369.	МУК 4.2.1884 п.2.5., п.2.6., п.2.7.	Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого назначения	-	-	ОКБ,ТКБ	обнаружены/не обнаружены
370.	Приложение 7				Staphylococcusaureus	обнаружено/не обнаружено
371.	п.2.9				Колифаги	обнаружено/не обнаружено
372.	п.2.10				Патогенные бактерии семейства EnterobacteriaceaeродSalmonella	обнаружено/не обнаружено
373.	п.3.2.1				-Яйца гельминтов;	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					- цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
374.	МУК 4.2.2942 п 3.2.5.	Смывы	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено
375.	п 3.2.4.				Staphylococcusaureus	обнаружено/не обнаружено
376.	п 3.2.6.		-	-	сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
377.	п 3.2.7.				Pseudomonasaeruginosa	обнаружено/не обнаружено
378.	п 3.1.4.	Воздух	-	-	Общее микробное число(ОМЧ)	(1-10*n) КОЕ/см^3
379.	п 3.1.4.		-		Staphylococcusaureus	обнаружено/не обнаружено
380.	п 3.1.4.		-	-	Дрожжи, плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
381.	Пункты 4,5	Стерильный материал, инструменты, оборудование, руки медперсонала, операционное поле и др.	-	-	стерильность	Стерильно/нестерильно
382.	МУ МЗ СССР от 29.12.1984 № 3182-84	Вода дистиллированная; инъекционные растворы до и после стерилизации; глазные капли; сухие лекарственные вещества для приготовления инъекционных растворов; аптечная посуда, пробки; прочие вспомогательные материалы; инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала;	-	-	Плесневые грибы и дрожжи	обнаружено/не обнаружено
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonasaeruginosa	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
					КМАФАнМ	(0-300) КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
		воздух				
					Staphylococcusaureus	обнаружено/не обнаружено
383.	МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991; п.4.3.1.; п.4.3.2	Паровые и воздушные стерилизаторы, дезинфекционные камеры	-	-	Термоустойчивые тест-культуры: Geobacillusstearothermophilus штамм	эффективно/неэффективно
384.	Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля режимов паровой и воздушной стерилизации (утверждена 06.12.2016; 19.02.2018г)		-	-	ВКМВ-718; Bacillus lichineformisштамм G ВКМ-1711Д	эффективно/неэффективно
385.	МР 4.2.0220-20 п.3.2.,п.3.3.,п 3.4.	Смывы с пищеблоков	-	-	Общая бактериальная обсемененность/ОМЧ	От менее 1,0 до $9,9x10^n$
					БГКП	обнаружены/не обнаружены
					S.aureus	обнаружены/не обнаружены
386.	Приказ Минздрава РФ от 21 марта 2003 г. N 109	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	Staphylococcusaureus	обнаружены/не обнаружены
387.	МУК 4.2.3115-13 (пп. 6.1.,6.2,6.7; только метод ПЦР)	Биологический материал	-	-	Возбудители внебольничных пневмоний	обнаружены/не обнаружены
388.	Инструкция по применению набора	Биологический материал	-	-	Возбудители внебольничных пневмоний	обнаружено/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	реагентов для выявления ДНК Neisseriameningitides, Haemophilusinfluenza, Streptococcuspneumoniae в клиническом материале методом ПЦР					
389.	Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровеза менителей и консервирующих растворов от 29.05.1995г	Консервированная кровь, ее компоненты, препараты, консервированный костный мозг, кровезаменители, консервирующие растворы	-	-	Стерильность	отсутствие/наличие роста микроорганизмов
390.	МУК 4.2.2747-10 пп. 7.1.1, 7.1.2, 7.2.2	Мясо и продукты его переработки	-	2	- личинки трихинелл;	обнаружены/не обнаружены
					- цистицерки тениид	обнаружены/не обнаружены
391.	МУК 3.2.988-00 пп.3.2, 4, 5.5	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продукты их переработки	-	3	личинки гельминтов.	обнаружены/не обнаружены
392.	МУ 4.2.3016-12 пп.6.2, 7,2	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	-	7,08	- яйца и личинки гельминтов;	обнаружены/не обнаружены
					- цисты патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены
393.	МУК 4.2.2314-08	Вода систем централизованного	-	-	-Яйца гельминтов;	обнаружены/не

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.1.1.	водоснабжения, предназначенная для потребления населением в питьевых и бытовых целях, в том числе, вода систем централизованного горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Питьевая вода, расфасованная в емкости	-	-		обнаружены
					- Ооцистыкриптоспоридий;	обнаружены/не обнаружены
					- Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
394.	МУК 4.2.2661-10 пп. 4.2., 4.5., 4.7.,5., 7.,10., 13.2., 15.4	Объекты окружающей среды (почва, предметы обихода, смывы и др.)	-	-	-Яйца гельминтов;	обнаружено/не обнаружено
			-	-	-Цисты простейших.	обнаружено/не обнаружено
395.	МУК 4.2. 3695 пункты II, III, IV п. 4.1, п. 4.3, V п. 5.1, п. 5.2,VI	Почва	-	-	Общие колиформные бактерии	1-10^{n} КОЕ/гр
					Энтерококки (фекальные)	1-10^{n} КОЕ/гр
					Патогенные бактерии, в т.ч.сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
396.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека в объектах окружающей среды и биологическом материале методом ПЦР	Сточная вода	-	-	РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено
2. 689500, РОССИЯ, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д 15						
1.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-	02,03	КМАФАнМ	(1-10*n) КОЕ/г
2.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	-	04,05	Бактерии родаSalmonella	обнаружено/не обнаружено
3.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	-	11,12,	Бактериородов Proteus,	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
					Morganella, Providencia	обнаружено
4.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	-	13,15,	Сульфитредуцирующиекл остридии	обнаружено/не обнаружено
5.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	-	16,17	Дрожжи, плесени	(1-10*n) КОЕ/г
6.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	-	18,19	энтерококки	(1-10*n) КОЕ/г(см3)/обнаружено/не обнаружено
7.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-	19,2	Esherichiacoli	обнаружено/не обнаружено
8.	ГОСТ 31746 п.8.1.,п 9	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	-	21,22,	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcusaureus	обнаружено/не обнаружено
9.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты, кроме молока и продуктов переработки молока	-	02,03,11	Отбор проб	-
10.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты	-	08,09,10	Listeriamonocytogenes	обнаружено/не обнаружено
11.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	-	19,20,21,	Listeriamonocytogenes	обнаружено/не обнаружено
12.	МУК 4.2.026-95 п. 3.6	Пищевые продукты	-	22,23	Антибиотики(пенициллин, тетрациклиновая группа, стрептомицин)	обнаружено/не обнаружено
13.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	-	23	Бактерии родаSalmonella	обнаружено/не обнаружено
14.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты, кроме молока и молочной продукции	-	-	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
15.	ГОСТ 30425	Консервы все виды	-	07,08 16,2	спорообразующие мезофильные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы Bacillussubtilis	(0-11) клеток/см3
					спорообразующие мезофильные и	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					факультативно анаэробные микроорганизмы групп Bacilluscereus, Bacillus polymyxa	
					спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микрорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					мезофильныеклостридии (кроме Clostridiumbotulinumи (или)Clostridiumperfringens)	обнаружено/не обнаружено
					Неспорообразующиемикро организмы,вт.ч молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено
16.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов	-	03,16	Vibrioparahaemolyticus	(0-300) КОЕ/г
17.	МУК 4.2.3019-12	Пищевые продукты. Смывы с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов в овощехранилищах, мясо- и молокоперерабатывающих предприятиях, объектах торговли продуктами растительного происхождения, пищеблоках объектов общественного питания, общеобразовательных учреждениях, детских и	-	07,16	Yersiniaenterocolitica; Yersiniapseudotuberculosis	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		медицинских организациях				
18.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевыеи корма для животных	-	11	Bacilluscereus	обнаружено/не обнаружено
19.	ГОСТ 30712п.5.,п.6.3.1.1.	Продукты безалкогольной промышленности	-	22	БГКП	не обнаружено-обнаружено
20.	п.5.,п.6.1.,п.6.2	Продукты безалкогольной промышленности			КМАФАнМ	(1-10*n) КОЕ/(см3)
21.	п.5.,п.6.4.1.1.1., п 6.4.1.2	Продукты безалкогольной промышленности			Дрожжи, плесневые грибы	(1-10*n) КОЕ/г(см3)
22.	ГОСТ 32901	Молоко и молочная продукция	-	4	БГКП	обнаружено/не обнаружено
23.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	-	-	Staphylococcusaureus	обнаружено/не обнаружено
24.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	-	-	Дрожжи, плесени	(1-10*n) КОЕ/г(см3)
25.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочная продукция	-	403	Бифидобактерии	(1-10*n) КОЕ/мл
26.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	-	403, 406	Молочнокислые бактерии	обнаружено/не обнаружено
27.	МУ 2.1.4.1184 приложение7	Питьевая вода, расфасованная в емкости	-	2201	ОМЧ- 37^0 С; ОМЧ-22^0 С;	(0- 300) КОЕ/мл
28.	приложение 8	Питьевая вода, расфасованная в емкости			ОКБ,ТКБ	обнаружено/ не обнаружено
29.	приложение 8	Питьевая вода, расфасованная в емкости			Глюкозоположительныеколиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
30.	приложение 9	Питьевая вода, расфасованная в емкости			Pseudomonasaeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
31.	приложение 10	Питьевая вода, расфасованная в емкости			Колифаги	обнаружены/не обнаружены
32.	МУК 4.2.1018-01 п.8	Вода систем централизованного водоснабжения,	-	2201	Общее микробное число	(0-300) КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенная для потребления населением в питьевых и бытовых целях, в том числе, вода систем централизованного горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов.				
					ОКБ,ТКБ	обнаружены /не обнаружены
					Споры сульфитредуцирующихкло стридий	Обнаружены /не обнаружены
33.	МР «Обнаружение и идентификация Ps. Aeruginosa в объектах окружающей среды от 24.05.1984г.	Вода	-	-	Pseudomonasaeruginosa	обнаружены/не обнаружены
34.	ГОСТ 31942	Подземные, поверхностные, питьевые, сточные воды, воды плавательных бассейнов	-	2201	Отбор проб	-
35.	МУК 4.2.1884-04 п.2.5., п.2.6., п.2.7.	Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого назначения, вода бассейнов.	-	-	ОКБ,ТКБ	обнаружены/не обнаружены
36.	Приложение 7	Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого назначения,вода бассейнов			Staphylococcusaureus	обнаружено/не обнаружено
37.	п.2.9	Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого назначения,вода бассейнов			Колифаги	обнаружено/не обнаружено
38.	п.2.10	Вода открытых водоемов, хозяйственно-питьевого назначения,вода бассейнов			Патогенные бактерии семейства EnterobacteriaceaeродSalmonella	обнаружено/не обнаружено
39.	МУК 4.2.2942-11 п 3.2.5.	Смывы	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
40.	п 3.2.4.				Staphylococcusaureus	обнаружено/не обнаружено
41.	п 3.2.6.		-	-	сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
42.	п 3.2.7.				Pseudomonasaeruginosa	обнаружено/не обнаружено
43.	п 3.1.4.	Воздух	-	-	Общее микробное число(ОМЧ)	(1-10*n) КОЕ/см^3
44.	п 3.1.4.		-		Staphylococcusaureus	обнаружено/не обнаружено
45.	п 3.1.4.		-	-	Дрожжи, плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
46.	Пункты 4,5	Стерильный материал, инструменты, оборудование, руки медперсонала, операционное поле и др.	-	-	стерильность	Стерильно/нестерильно
47.	МУ МЗ СССР от 29.12.1984 № 3182-84	Вода дистиллированная; инъекционные растворы до и после стерилизации; глазные капли; сухие лекарственные вещества для приготовления инъекционных растворов; аптечная посуда, пробки; прочие вспомогательные материалы; инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала; воздух	-	-	Плесневые грибы и дрожжи	обнаружено/не обнаружено
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Pseudomonasaeruginosa	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено
					КМАФАнМ	(0-300) КОЕ/мл
					Staphylococcusaureus	обнаружено/не обнаружено
48.	МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991; п.4.3.1.; п.4.3.2	Паровые и воздушные стерилизаторы, дезинфекционные камеры	-	-	Термоустойчивые тест-культуры: Geobacillusstearothermophilus штамм	эффективно/неэффективно

1	2	3	4	5	6	7
49.	Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля режимов паровой и воздушной стерилизации (утверждена 06.12.2016; 19.02.2018г)		-	-	ВКМВ-718; Bacillus lichineformisштамм G ВКМ-1711Д	
50.	МР 4.2.0220-20 п.3.2.,п.3.3.,п 3.4.	Смывы с пищеблоков	-	-	Общая бактериальная обсемененность/ОМЧ	От менее 1,0 до $9,9x10^n$
					БГКП	обнаружены/не обнаружены
					S.aureus	обнаружены/не обнаружены
51.	МУК 4.2.3115-13 пп. 6.1.,6.2,6.7	Биологический материал	-	-	Возбудители внебольничных пневмоний	обнаружены/не обнаружены
52.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Neisseriameningitidis, Haemophilusinfluenza, Streptococcuspneumoniae в клиническом материале методом ПЦР	Биологический материал	-	-	Возбудители внебольничных пневмоний	обнаружено/не обнаружены
53.	Инструкция по контролю стерильности консервированной	Консервированная кровь, ее компоненты, препараты, консервированный костный мозг, кровезаменители,	-	-	Стерильность	отсутствие/наличие роста микроорганизмов

1	2	3	4	5	6	7
	крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровеза менителей и консервирующих растворов от 29.05.1995г	консервирующие растворы				
54.	МУК 4.2. 3695 пункты II, III, IV п. 4.1, п. 4.3, V п. 5.1, п. 5.2,VI	Почва	-	-	Общие колиформные бактерии	1-10^n КОЕ/гр
					Энтерококки (фекальные)	1-10^n КОЕ/гр
					Патогенные бактерии, в т.ч.сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
55.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещенность искусственная	(1 – 200000)Лк
			-	-	Яркость	(10 – 200000) кд/$м^2$
			-	-	Коэффициент пульсации	(1-100) %
56.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	(от -40 до +85) ºС
			-	-	Относительная влажность воздуха	(10 – 98,0) %
			-	-	Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
57.	ГОСТ 30494	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от -40 до +85) ºС
			-	-	Относительная влажность воздуха	(10 – 98,0) %
			-	-	Скорость движения воздуха	(0,1 – 20) м/с
58.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочие в поверхности) а также на условной рабочей поверхности в	-	-	Коэффициент пульсации	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности) а также на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений			пульсации	
59.	ГОСТ 24940 п. 6.1	Рабочие места. Помещения зданий и сооружений	-	-	Освещенность искусственная	(1 – 200000) Лк
60.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях	-	-	Яркость	(10 – 200000) кд/м^2

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» К.М. Край

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица